

泸州市中医医院 2025 年政府采购国产医用耗材

第三批采购项目采购需求

一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院 2025 年政府采购国产医用耗材第三批采购项目
- 2、项目所属分类：☒服务 ☐货物 ☐工程
- 3、预算金额：775508.30 元(大写金额:柒拾柒万伍仟伍佰零捌元叁角整)
- 4、供货期限：合同签订生效后 2 年，合同期满或实际结算金额达到合同总额时，合同自动终止。
- 5、供货地点：泸州市中医医院采购人指定地点
- 6、预计采购数量：详见采购清单
- 7、预计实施采购时间：2025 年 5 月
- 8、联系人：医学装备部 王斌 13882739903

二、采购项目简介：

泸州市中医医院 2025 年政府采购国产医用耗材第三批采购项目。

三、供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、法律、行政法规规定的其他条件；
- 6、本项目不接受联合体。
- 7、特殊资格要求：

7.1、本项目中拟采购的产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料【含配置清单中独立的医疗器械】；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；本项目中拟采购的产品如属于消毒产品的（含配置清单中独立的消毒产品），提供所投产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，所投产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件复印件。【提供证书复印件，如：“多证合一”查看营业执照复印件】

7.2、对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明；如存在“是否属于医疗器械”和“是否属于消毒产品”处标注错误时，供应商提供相关证明材料予以说明即可。

四、产品技术要求

1、采购清单及参数要求：

01 包

包数	序号	医疗耗材名称	单价(元)	单位	预算数量	预算金额(元)	是否进口	是否挂网	基本参数
1	1	血透机专用次氯酸钠消毒液	160	瓶	35	5600	否	否	★1、用途：用于带比例混合系统的血透机内部管路消毒； ▲2、包装：≤3 桶/件； ▲3、规格：≥5L/桶； ▲4、组成：是以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为 43g/L±6g/L； 5、非灭菌产品，一次性使用； 7、有效期：≥1 年； 8、其他要求：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和枯草杆菌黑色变种芽孢。
	2	血透机用柠檬酸消毒液	330	瓶	555	183150	否	否	★1、用途：用于有比例混合系统的血液透析机消毒； ▲2、包装：≤3 桶/件； ▲3、规格：≥5L/桶； ▲4、组成：是以柠檬酸为主要有效成分的消毒液，柠檬酸含量为 250g/L±25g/L； 5、非灭菌产品，一次性使用； 6、有效期：≥2 年； 7、其他要求：温度在 80℃以上可杀灭细菌芽孢，并能灭活病毒。

	3	液体石蜡化学纯	10.5	瓶	485	5092.5	否	否	★1、用途：医药器械的润滑与防腐； ▲2、包装：≤30 瓶/件； ▲3、规格：≥450ml/瓶； 4、组成：系液态烃的混合物； 5、非灭菌产品，一次性使用； 6、有效期：≥2 年； ▲7、其他要求：相对密度（20℃）：0.845 - 0.890。
	4	过氧乙酸残留测定试纸	198	瓶	5	990	否	否	★1、用途：用于过氧乙酸残留浓度的快速检测； ▲2、包装：≤20 条/瓶； ▲3、规格：检测范围：0-40mg/L； 4、组成：长条形指示卡，一端贴有含试剂的滤纸片； 5、非灭菌产品，一次性使用； 6、有效期：≥1 年。
	5	消毒剂浓度试纸	6	本	50	300	否	否	★1、用途：用于含氯消毒剂有效浓度的检测； ▲2、包装：≤20 本/盒 ▲3、规格：检测范围：0-2000mg/L 4、组成：含有碘化钾的滤纸组成； 5、非灭菌产品，一次性使用； 6、有效期：≥2 年； ▲7、其他要求：显色合格率≥90%。
	6	体温计	4.5	支	1840	8280	否	否	★1、用途：用于医疗机构和家庭测量体温； ▲2、包装：10 支/盒； ▲3、规格：腋下用； 4、组成：由水银或镓铟锡合金液态金属、感温泡和三角管组成； 5、非灭菌产品； 6、有效期：≥2 年； 7、其他要求：汞/柱能甩至 35℃ 以下；自然升降不产生汞柱中断。
	7	多酶复合清洗液	118	瓶	780	92040	否	否	★1、用途：适用手术及检查的各种医疗器械及物品的清洗； ▲2、包装：≤12 桶/件； ▲3、规格：≥1L/桶； 4、组成：由多种生物酶复配而成的浓缩液； 5、非灭菌产品，一次性使用； 6、有效期：≥2 年；

									▲7、其他要求：原液 pH 值 8.0 ± 0.5 ；蛋白酶活力 (OD_{680}) ≥ 0.2 ；淀粉酶活力 (R 比值) ≥ 0.2 。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

02 包

包数	序号	医疗耗材名称	单价(元)	单位	预算数量	预算金额(元)	是否进口	是否挂网	基本参数
2	1	医用棉签(小)	0.021	支	12058200	253222.2	否	否	★1、用途：用于临床外科清洁皮肤、处理伤口、涂抹药水起辅助作用的工具。 ▲2、包装： ≤ 10 支/包。 ★3、规格：至少包含长度 $12\text{cm} \pm 10\%$ 4、组成：棉签由脱脂棉及竹棒经缠绕而成。 5、材质：脱脂棉、竹棒。 6、灭菌产品，一次性使用。 7、有效期 ≥ 2 年。 ▲8、其他要求：符合《一次性使用无菌医用棉签》T/CSBME013-2019，《医用脱脂棉》YY/T0330-2015。
	2	医用脱脂棉球	12.6	包	92	1159.2	否	否	▲1、用途：用于临床皮肤消毒、清洁伤口和涂抹药水时使用 ▲2、包装： $\geq 250\text{g}$ /包； ★3、规格：至少包含 $0.25\text{g} \sim 0.49\text{g}$ /个； 4、材质：采用棉葵科草棉属植物成熟种子的毛茸，经除去夹杂物，脱脂、漂白、加工而成； 5、灭菌使用：灭菌产品，一次性使用，有效期： ≥ 2 年； ▲6、其他要求：符合《一次性使用无菌医用棉签》T/CSBME013-2019，《医用脱脂棉》YY/T0330-2015。
	3	扎丝	63	卷	46	2898	否	否	★1、用途：骨科内固定手术时作棒与脊柱的固定、钢板与碎骨的固定或胸外科手术时作胸骨合拢结扎用。 ▲2、包装：1 卷/盒； ▲3、规格：至少包含 $\phi 0.3\text{mm}$ 、 $\phi 0.4\text{mm}$ 、 $\phi 0.5\text{mm}$ 、 $\phi 0.6\text{mm}$ 、 $\phi 0.7\text{mm}$ 、

								Φ 0.8mm、Φ 1.0mm、Φ 1.2mm; 4、材质：采用医用植入物不锈钢材料； 5、非灭菌产品，可重复使用。
4	医用棉签(大)	0.091	支	1940400	176576.4	否	否	★1、用途：供临床护创、吸湿，对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹消毒剂。 ▲2、包装：≤20 支/包； ▲3、规格：至少包含棉签长度 180±20mm，竹签直径 2.5±0.5mm，棉头长度 60±20mm，棉头直径 15±5mm； 4、组成：由棉头和签杆组成。其中棉头由医用脱脂棉制成，签杆由竹签制成。产品为手工制品； 5、材质：脱脂棉、竹签； 6、灭菌产品，一次性使用，采用环氧乙烷灭菌或辐照灭菌，有效期≥2 年； ▲7、其他要求：符合《一次性使用无菌医用棉签》T/CSBME013-2019，《医用脱脂棉》YY/T0330-2015； ▲8、棉签棉头脱脂棉≥25g/100 支。
5	面罩	350	个	132	46200	否	否	★1、用途：为成年使用者提供持续气道正压通气或双水平气道正压通气治疗的界面连接装置。 ▲2、包装：独立包装； ▲3、规格：至少包含大号：600±10ml；中号：475±10ml；小号：300±10ml 4、组成：由头带、前额衬垫、前额支撑臂、面罩面板、带防窒息阀的接头、面罩衬垫组成。 5、材质：由 PVC、TPU 和硅胶等制成； 6、非灭菌产品 7、有效期：≥2 年；8、其他要求： ▲8.1 同一患者面罩可重复使用，可使用天数≥7 天；▲8.2 单一故障条件下的呼吸-吸气和呼气阻力测定：流速（-50-50）L/min 时气阻≤10（cmH₂O/（L/s））。▲8.3 压降厘米水柱：流速 50L/min≤1cmH₂O，流速 100L/min≤

注：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称（盖单位章）：

联系人及电话：

日期：