

泸州市中医医院 2025 年政府采购检验试剂类产品

第三批采购项目采购需求

一、采购项目基本情况

- 1、项目名称：泸州市中医医院 2025 年政府采购检验试剂类产品第三批采购项目
- 2、项目所属分类：服务 货物 工程
- 3、预算金额：2132676.00 元(大写金额：贰佰壹拾叁万贰仟陆佰柒拾陆元整)
- 4、供货期限：合同签订生效后 2 年，合同期满或实际结算金额达到合同总额时，合同自动终止。
- 5、供货地点：泸州市中医医院采购人指定地点
- 6、预计采购数量：详见采购清单
- 7、预计实施采购时间：2025 年 8 月
- 8、联系人：医学装备部 高先生 15283049492

二、采购项目简介：

泸州市中医医院 2025 年政府采购检验试剂类产品第三批采购项目。

三、供应商应具备的资格条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 5、法律、行政法规规定的其他条件；
- 6、本项目不接受联合体。
- 7、特殊资格要求：

7.1、本项目中拟采购的产品为医疗器械的，所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料【含配置清单中独立的医疗器械】；本项目中拟采购的产品为医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；本项目中拟采购的产品如属于消毒产品的（含配置清单中独立的消毒产品），提供所投产品有效的《消毒产品卫生安全评价报告》，所投产品若为新消毒产品须提供有效的卫生许可批件复印件。【提供证书复印件，如：“多证合一”查看营业执照复印件】

7.2、对医疗器械有国家行政管理部门出具的最新分类或不纳入管理的政策依据的，按最新政策提供上述证书并提供相关说明；如存在“是否属于医疗器械”和“是否属于消毒产品”处标注错误时，供应商提供相关证明材料予以说明即可。

四、产品技术要求

1、采购清单及参数要求：

序号	检验试剂名称	预计单价(元)	单位	是否进口	是否挂网	拟招标周期	拟招标数量	拟招标预算(元)	基本参数
1	灯泡	2350.00	盒	是	否	两年	18	42300	★1、用途：生化检测反应使用； ▲2、包装：≥1个/盒； ▲3、规格：至少包含1个/盒； 4、组成：光源； 5、材质：固体； 6、有效期：无； ★7、需和我院日立品牌7180型号的生化分析仪设备匹配使用。
2	厌氧产气袋	530	盒	是	否	两年	10	5300	1、用途：用于微生物实验中快速营造厌氧环境（通过化学反应吸收氧气并释放二氧化碳/氢气），适用于厌氧菌培养、临床样本检测及环境微生物研究； 2、包装至少包括：20片/盒； 3、适用于梅里埃VITEK2系列全自动微生物鉴定及药敏检测分析仪。
3	一次性悬浮液管	1460	箱	是	否	两年	14	20440	1、用于盛放稀释的待测样本，与VITEK DensiCHEK仪器配合使用，测量微生物悬液的光密度； 2、规格：2000支/箱； 3、尺寸：12*75mm 材质：聚苯乙烯；

									4、适用于梅里埃 VITEK2 系列全自动微生物鉴定及药敏检测分析仪。
4	a-L-岩藻糖苷酶(AFU 质控品试剂盒)	300	盒	否	否	两年	1	300	<p>★1、用途：用于 α-L-岩藻糖苷酶 (AFU) 检测时的质量控制；</p> <p>▲2、包装：低值:3×1 mL，高值:3×1 mL；</p> <p>3、组成：至少包含 α-L-岩藻糖苷酶等组成；</p> <p>4、材质：液体试剂；</p> <p>5、有效期：2~8℃，避光保存，有效期为 18 个月；</p> <p>★6、需和我院迈瑞品牌型号的 BS-2800 全自动生化分析仪设备匹配使用。</p>
5	抗缪勒管激素质控品	261	盒	否	否	两年	10	2610	<p>★1、用途：用于对抗缪勒管激素项目检测时的室内质量控制；</p> <p>▲2、包装：低值：3×2.0ml；</p> <p>3、组成：至少包含抗缪勒管激素的牛血清白蛋白缓冲基质等组成；</p> <p>4、材质：干粉质控；</p> <p>5、有效期：2~8℃避光保存，有效期 365 天；</p> <p>★6、需和我院迈瑞品牌型号的 CL-8000 全自动免疫分析仪设备匹配使用。</p>
6	抗缪勒管激素质控品	261	盒	否	否	两年	10	2610	<p>★1、用途：用于对抗缪勒管激素项目检测时的室内质量控制；</p> <p>▲2、包装：高值：3×2.0ml；</p> <p>3、组成：至少包含抗缪勒管激素的牛血清白蛋白缓冲基质等组成；</p> <p>4、材质：干粉质控；</p>

										5、有效期：2~8℃避光保存，有效期 365 天； ★6、需和我院迈瑞品牌型号的 CL-8000 全自动免疫分析仪设备匹配使用。
7	降钙素原质控品	176	盒	否	否	两年	26	4576	<p>★1、用途：用于对降钙素原（PCT）项目检测时的室内质量控制；</p> <p>▲2、包装：低值：3×2.0ml；</p> <p>3、组成：至少包含降钙素原的牛血清白蛋白缓冲基质等组成；</p> <p>4、材质：液体质控；</p> <p>5、有效期：2~8℃避光保存，有效期 365 天；</p> <p>★6、需和我院迈瑞品牌型号的 CL-8000 全自动免疫分析仪设备匹配使用。</p>	
8	降钙素原质控品	225	盒	否	否	两年	26	5850	<p>★1、用途：用于对降钙素原（PCT）项目检测时的室内质量控制；</p> <p>▲2、包装：高值：3×2.0ml；</p> <p>3、组成：至少包含降钙素原的牛血清白蛋白缓冲基质等组成；</p> <p>4、材质：液体质控；</p> <p>5、有效期：2~8℃避光保存，有效期 365 天；</p> <p>★6、需和我院迈瑞品牌型号的 CL-8000 全自动免疫分析仪设备匹配使用。</p>	

9	代谢类复合质控品	486	盒	否	否	两年	18	8748	<p>★1、用途：用于对代谢类复合项目检测时的室内质量控制；</p> <p>▲2、包装：低值：3×2.0ml；</p> <p>3、组成：至少包含 25-羟基维生素 D3、降钙素、叶酸、维生素 B12、甲状旁腺素、铁蛋白的人血清等组成；</p> <p>4、材质：干粉质控；</p> <p>5、有效期：2~8℃避光保存，有效期 18 个月；</p> <p>★6、需和我院迈瑞品牌型号的 CL-8000 全自动免疫分析仪设备匹配使用。</p>
10	代谢类复合质控品	504	盒	否	否	两年	18	9072	<p>★1、用途：用于对代谢类复合项目检测时的室内质量控制；</p> <p>▲2、包装：高值：3×2.0ml；</p> <p>3、组成：至少包含 25-羟基维生素 D3、降钙素、叶酸、维生素 B12、甲状旁腺素、铁蛋白的人血清等组成；</p> <p>4、材质：干粉质控；</p> <p>5、有效期：2~8℃避光保存，有效期 18 个月；</p> <p>★6、需和我院迈瑞品牌型号的 CL-8000 全自动免疫分析仪设备匹配使用。</p>
11	乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性）	324	盒	否	否	两年	50	16200	<p>★1、用途：用于乙型肝炎病毒表面抗原检测时的质量控制；</p> <p>▲2、包装：≥6ml/盒；规格：3×2.0mL；</p> <p>3、组成：至少包含乙型肝炎病毒表面抗原的牛血清白蛋白缓冲液等组成；</p> <p>4、材质：液体质控品；</p> <p>5、有效期：产品有效期</p>

									<p>≥18个月；</p> <p>★6、需和我院迈瑞品牌型号的CL-8000全自动免疫分析仪设备匹配使用。</p>
12	凝血分析用稀释液 AF-15	720	盒	否	否	两年	300	216000	<p>★1、用途：用于在凝血测试中稀释病人血浆标本；</p> <p>▲2、包装：≥80ml/盒；规格：4x20.0ml；</p> <p>3、组成：至少包含咪唑等组成；</p> <p>4、材质：液体稀释液；</p> <p>5、有效期：产品有效期≥18个月；</p> <p>★6、需和我院迈瑞品牌CX9000型号的全自动凝血分析仪设备匹配使用。</p>
13	凝血分析用稀释液 DF-15	1020	盒	否	否	两年	100	102000	<p>★1、用途：用于在凝血测试中稀释病人血浆标本；</p> <p>▲2、包装：≥40ml/盒；规格：4x10ml；</p> <p>3、组成：至少包含磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、BSA、叠氮化钠等组成；</p> <p>4、材质：液体稀释液；</p> <p>5、有效期：产品有效期≥18个月；</p> <p>★6、需和我院迈瑞品牌CX9000型号的全自动凝血分析仪设备匹配使用。</p>
14	全自动凝血分析仪洗针液	700	盒	否	否	两年	800	560000	<p>★1、用途：用于全自动凝血分析仪加样针的清洗；</p> <p>▲2、包装：≥80ml/盒；规格：4x20mL；</p> <p>3、组成：至少包含表面活性剂、NaClO、NaOH等组成；</p>

									4、材质：液体清洗液； 5、有效期：产品有效期 ≥12个月； ★6、需和我院迈瑞品牌 CX9000型号的全自动 凝血分析仪设备匹配使 用。
15	全自动凝血分 析仪清洗液	700	盒	否	否	两年	1060	742000	★1、用途：用于深圳迈 瑞生物医疗电子股份有 限公司生产的全自动凝 血分析仪，用于仪器清 洗； ▲2、包装：≥10L/盒； 规格：1x10L； 3、组成：至少包含缓冲 剂、防腐剂等组成； 4、材质：液体清洗液； 5、有效期：产品有效期 ≥12个月； ★6、需和我院迈瑞品牌 CX9000型号的全自动 凝血分析仪设备匹配使 用。
16	新型冠状病毒 2019-nCoV核 酸检测试剂盒 (荧光PCR法)	720	盒	否	否	两年	10	7200	★1、用途：用于体外定 性检测具有新型冠状病 毒感染相关症状人群、 其他需要进行新型冠状 病毒感染诊断或鉴别诊 断者的咽拭子和痰液样 本中； ▲2、包装：48人份/盒； 3、组成：PCR检测试剂 和质控品； 4、有效期：试剂盒保存 于-20±5℃，有效期9 个月。
17	新型冠状病毒 2019-nCoV核 酸检测试剂盒 (荧光PCR法)	1440	盒	否	否	两年	10	14400	★1、用途：用于体外定 性检测具有新型冠状病 毒感染相关症状人群、 其他需要进行新型冠状 病毒感染诊断或鉴别诊 断者的咽拭子和痰液样 本中； ▲2、包装：96人份/盒；

									3、组成：PCR 检测试剂和质控品； 4、有效期：试剂盒保存于-20±5℃，有效期9个月。
18	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）	78	盒	否	否	两年	10	780	★1、用途：用于体外定性检测具有新型冠状病毒感染相关症状人群、其他需要进行新型冠状病毒感染诊断人群口咽拭子、鼻咽拭子、鼻拭子样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）N 抗原； ▲2、包装：20 人份/盒； 3、组成：检测试剂、样本提取； 4、有效期：原包装应在温度 4℃~30℃密封保存，有效期 18 个月。
19	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸（HBV DNA）血清（液体）室内质控品	2000	盒	否	否	两年	8	16000	★1、用途：第三方非定值质控品，用于实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。可提供如下不同浓度： 高值(S4)：1.00×10 ⁶ ~1.00×10 ⁷ IU/mL 中值(S3)：1.00×10 ⁵ ~1.00×10 ⁶ IU/mL 低值(S2)：1.00×10 ⁴ ~1.00×10 ⁵ IU/mL 临界(S1)：1.00×10 ³ ~1.00×10 ⁴ IU/mL L1：500 IU/mL L2：200 IU/mL L3：100 IU/mL L4：50 IU/mL

20	PCR 管	187.5	袋	否	否	两年	24	4500	<p>★1、用途：用于分子生物学、临床学和生物化学研究；</p> <p>2、包装：125 只/袋，1250 套/件；</p> <p>3、规格：0.2ml×8 联，KJ328-1/0.2ml×8 联，KJ328；</p> <p>4、组成：管+盖；</p> <p>5、材质：聚丙烯 PP；</p> <p>6、非医疗产品：一次性使用；</p> <p>7、有效期：≥五年。</p>
21	一次性使用吸头	320	袋	否	否	两年	34	10880	<p>★1、用途：适配于移液器取液体标本；</p> <p>2、包装：1000 支/袋，20000 支/件；</p> <p>3、规格：10u1 加长；</p> <p>4、材质：聚丙烯 PP；</p> <p>5、非灭菌产品，一次性使用；</p> <p>6、有效期：≥五年。</p>
22	一次性使用吸头	360	袋	否	否	两年	34	12240	<p>★1、用途：适配于移液器取液体标本；</p> <p>2、包装：1000 支/袋，20000 支/件；</p> <p>3、规格：200u1 加长；</p> <p>4、材质：聚丙烯 PP；</p> <p>5、非灭菌产品，一次性使用；</p> <p>6、有效期：≥五年。</p>
23	盒装滤芯吸头	32	盒	否	否	两年	67	2144	<p>★1.用途：适配于移液器取液体标本；</p> <p>2.包装：10 盒/中盒，50 盒/件；</p> <p>3.规格：96 孔，6×52(50u1)本色；</p> <p>4.组成：滤芯吸头、吸头盒；</p> <p>5.材质：聚丙烯 PP；</p> <p>6.灭菌产品，一次性使用；</p> <p>7.有效期：≥两年。</p>

24	盒装滤芯吸头	40	盒	否	否	两年	133	5320	<p>★1.用途：适配于移液器取液体标本；</p> <p>2.包装：10盒/中盒，50盒/件；</p> <p>3.规格：96孔，1000ul加长；</p> <p>4.组成：滤芯吸头、吸头盒；</p> <p>5.材质：聚丙烯 PP；</p> <p>6.灭菌产品，一次性使用；</p> <p>7.有效期：≥两年。</p>
25	反渗透膜一	3000	支	否	否	两年	3	9000	<p>★1、用途：水机配套使用反渗透膜；</p> <p>▲2、型号：4040；</p> <p>★3、需和我院水之纯品牌水机配套使用。</p>
26	反渗透膜二	3000	支	否	否	两年	7	21000	<p>★1、用途：水机配套使用反渗透膜；</p> <p>▲2、型号：3013；</p> <p>★3、需和我院水之纯品牌水机配套使用。</p>
27	树脂	680	包	否	否	两年	24	16320	<p>★1、用途：水机配套使用树脂；</p> <p>▲2、型号：5L；</p> <p>★3、需和我院水之纯品牌水机配套使用。</p>
28	滤芯	80	支	否	否	两年	2	160	<p>★1、用途：水机配套使用滤芯；</p> <p>▲2、型号：10"；</p> <p>★3、需和我院水之纯品牌水机配套使用。</p>
29	滤芯	110	支	否	否	两年	10	1100	<p>★1、用途：水机配套使用滤芯；</p> <p>▲2、型号：20"；</p> <p>★3、需和我院水之纯品牌水机配套使用。</p>
30	活性炭	1100	包	否	否	两年	3	3300	<p>★1、用途：水机配套使用滤芯；</p> <p>▲2、型号：25kg；</p> <p>★3、需和我院水之纯品牌水机配套使用。</p>

31	梅毒螺旋体非特异性抗体血清(液体)室内质控品	2500	盒	否	否	两年	2	5000	1、用途：适用于检测项目的相关实验室的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度； 2、包装：≥20管/盒； 3、规格：至少包含S2:1:2, 0.5mL/管, 20管/盒； 4、有效期：产品有效期(-20±5)℃环境中≥36个月。
32	梅毒螺旋体抗体(抗TP)血清(液体)质控品	40	支	否	否	两年	20	800	★1、用途：适用于实验室进行抗TP检测的室内质量控制、实验室能力验证等； ▲2、包装：≥0.5ml/支； ▲3、规格：至少包含0.5ml/支； 4、有效期：产品有效期≥24个月。
33	人类免疫缺陷病毒I型抗体(抗HIV-I)血清(液体)标准物质	120	支	否	否	两年	40	4800	★1、用途：适用于实验室进行抗HIV-I检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等； ▲2、包装：≥1.0ml/支； ▲3、规格：至少包含1.0ml/支； 4、有效期：产品有效期≥24个月。
34	乙型肝炎表面抗原血清(液体)标志物质	40	支	否	否	两年	20	800	★1、用途：适用于实验室进行HBsAg检测的室内质量控制、试剂方法评价、实验室能力验证等； ▲2、包装：≥0.5ml/支； ▲3、规格：至少包含0.5ml/支； 4、有效期：产品有效期≥24个月。

35	一次性使用抗凝离心管	0.15	支	否	否	两年	7300	1095	<p>★1、用途：适用于检验科进行血常规检验的配套材料；</p> <p>▲2、包装：≥1000 个/包；</p> <p>▲3、规格：至少包含 1.5ml；</p> <p>4、有效期：产品有效期≥12 个月。</p>
36	一次性使用离心管	0.1	支	否	否	两年	53000	5300	<p>★1、用途：适用于检验科进行血常规检验的配套材料；</p> <p>▲2、包装：≥500 支/袋；</p> <p>▲3、规格：至少包含 1.5ml(带齿)；</p> <p>4、有效期：产品有效期≥12 个月。</p>
37	一次性塑料吸管	1000	箱	否	否	两年	17	17000	<p>1、用途：适用于实验中用于少量液体的吸取、转移和携带等操作；</p> <p>2、包装：≥10000 支/箱；</p> <p>3、规格：至少包含 1mL；</p> <p>4、有效期：产品有效期≥6 个月。</p>
38	载玻片	8	盒	否	否	两年	106	848	<p>1、用途：适用于显微镜观察东西时用来放东西用；</p> <p>2、包装：≥50 张/盒；</p> <p>3、规格：至少包含 7101 1.0-1.2mm；</p> <p>4、有效期：产品有效期≥6 个月。</p>
39	擦镜纸	8	本	否	否	两年	134	1072	<p>1、用途：适用于实验室清洁光学镜片用；</p> <p>2、包装：≥200 本/件；</p> <p>3、规格：至少包含 10*15；</p> <p>4、有效期：产品有效期≥6 个月。</p>

40	香柏油	15	瓶	否	否	两年	120	1800	1、用途：适用于实验室用化验、试验及科学实验； 2、包装：≥25ml/瓶； 3、规格：至少包含25ml； 4、有效期：产品有效期≥6个月。
41	便隐血检测试纸(胶体金法免疫层析法)	3	人份	否	否	两年	8000	24000	★1、用途：适用于体外定性检测人粪便中的血红蛋白； ▲2、包装：≥100人份/盒； ▲3、规格：至少包含条型，袋装，1人份/袋； 4、有效期：产品有效期≥12个月。
42	吗啡/甲基安非他明联合检测试剂盒(胶体金法)	25	人份	否	否	两年	1600	40000	★1、用途：适用于尿液中吗啡和甲基安非他明(冰毒)的定性检测； ▲2、包装：≥40人份/盒。 ▲3、规格：至少包含板型：40人份/盒； 4、有效期：产品有效期≥12个月。
43	芬兰吸头	100	包	否	否	两年	800	80000	1、用途：适用于医院临床检验、卫生防疫及其他实验室用； 2、包装：≥1000支/包； 3、规格：至少包含6*50； 4、有效期：产品有效期≥60个月。
44	芬兰吸头	100	包	否	否	两年	20	2000	1、用途：适用于医院临床检验、卫生防疫及其他实验室用； 2、包装：≥500支/包； 3、规格：至少包含8*71； 4、有效期：产品有效期≥60个月。

45	人狂犬病毒抗体 (IgG) 检测试剂盒(胶体金法)	700	盒	否	否	两年	2	1400	<p>★1、用途：适用于定性检测人血清中狂犬病毒 IgG 抗体；</p> <p>▲2、包装：≥20 人份/盒；</p> <p>▲3、规格：至少包含 20 人份/盒；</p> <p>4、有效期：产品有效期 ≥12 个月。</p>
46	0139 群霍乱弧菌检测试剂盒 (胶体金法)	800	盒	否	否	两年	5	4000	<p>1、用途：适用于定性检测人粪便中的 0139 群霍乱弧菌；</p> <p>2、包装：≥10 人份/盒；</p> <p>3、规格：至少包含 1 人份/袋，10 人份/盒；</p> <p>4、有效期：产品有效期 ≥18 个月。</p>
47	01 群霍乱弧菌检测试剂盒(胶体金法)	800	盒	否	否	两年	5	4000	<p>1、用途：适用于定性检测人粪便中的 01 群霍乱弧菌；</p> <p>2、包装：≥10 人份/盒；</p> <p>3、规格：至少包含 1 人份/袋，10 人份/盒；</p> <p>4、有效期：产品有效期 ≥18 个月。</p>
48	探头清洁液	100	瓶	否	否	两年	2	200	<p>1、用途：探头清洁液用于定期清洁仪器；</p> <p>2、包装：≥50mL/瓶；</p> <p>3、规格：至少包含 50mLx1；</p> <p>4、有效期：产品有效期 ≥12 个月。</p>
49	一次性使用塑料样品杯	200	包	否	否	两年	34	6800	<p>1、用途：适用于日立生化分析仪贮存样品用；</p> <p>2、包装：≥1000 只/包；</p> <p>3、规格：至少包含可配 700 生化仪；</p> <p>4、有效期：产品有效期 ≥12 个月。</p>
50	一次性使用塑料样品杯	100	包	否	否	两年	20	2000	<p>1、用途：适用于日立生化分析仪贮存样品用；</p> <p>2、包装：≥500 只/包；</p> <p>3、规格：至少包含可配日立生化分析仪；</p> <p>4、有效期：产品有效期</p>

									≥12个月。
51	一次性塑料试管	36	包	否	否	两年	27	972	1、用途：适用于实验室用来盛放样品用； 2、包装：≥500只/包； 3、规格：至少包含12*100； 4、有效期：产品有效期≥12个月。
52	血流变专用清洗液-SAW	250	箱	否	否	两年	2	500	1、用途：适用于SA系列全自动血液流变测试仪管路清洗； 2、包装：≥4瓶/箱； 3、规格：至少包含100ml； 4、有效期：产品有效期≥12个月。
53	加样针清洗维护液-SAWZ	250	箱	否	否	两年	2	500	1、用途：适用于SA系列全自动血液流变测试仪加样针清洗； 2、包装：≥4瓶/箱； 3、规格：至少包含1L*4瓶/箱； 4、有效期：产品有效期≥12个月。
54	毛细管专用清洗液-SAWM	250	箱	否	否	两年	2	500	1、用途：适用于SA系列全自动血液流变测试仪毛细管清洗； 2、包装：≥4瓶/箱； 3、规格：至少包含1L*4瓶/箱； 4、有效期：产品有效期≥12个月。
55	血流变清洗液(钛合金机芯专用)-SAWT	250	箱	否	否	两年	2	500	1、用途：适用于SA系列血液流变测试仪钛合金机芯管路清洗； 2、包装：≥4瓶/箱； 3、规格：至少包含1L*4瓶/箱； 4、有效期：产品有效期≥12个月。

56	TCBS 琼脂培养基	6	个	否	否	两年	67	402	<p>1、用途：用于霍乱弧菌、副溶血弧菌的选择性分离。</p> <p>2、包装至少包括：10块/包。</p> <p>3、规格(mm)：70。</p> <p>4、组成：酵母浸粉、蛋白胨、氯化钠、硫代硫酸钠、胆盐、氯化钠、蔗糖、枸橼酸钠、枸橼酸铁、百里香酚蓝、溴百里香酚蓝；</p> <p>5、材质：塑料、琼脂；</p> <p>6、有效期：≥3个月。</p>
57	TCBS 琼脂培养基	7	个	否	否	两年	67	469	<p>1、用途：用于霍乱弧菌、副溶血弧菌的选择性分离；</p> <p>2、包装至少包括：10块/包；</p> <p>3、规格(mm)：90；</p> <p>4、组成：酵母浸粉、蛋白胨、氯化钠、硫代硫酸钠、胆盐、氯化钠、蔗糖、枸橼酸钠、枸橼酸铁、百里香酚蓝、溴百里香酚蓝；</p> <p>5、材质：塑料、琼脂；</p> <p>6、有效期：≥3个月。</p>
58	GC 琼脂培养基	12	个	否	否	两年	67	804	<p>1、用途：用于淋球菌的分离培养；</p> <p>2、包装：20个平板/包；</p> <p>3、材质：培养基。规格：Φ90mm；</p> <p>4、组成：蛋白胨 15.0 玉米淀粉 1.0 磷酸氢二钾 4.0 磷酸二氢钾 1.0 氯化钠 5.0 琼脂 12.0 pH7.2±0.2；</p> <p>5、有效期：≥3个月。</p>

59	营养琼脂培养基（干粉）	105	瓶	否	否	两年	10	1050	<p>1. 用途常规培养：非选择性固体培养基，适用于多数细菌的分离、纯化及菌落计数（如大肠杆菌、葡萄球菌等）；</p> <p>2. 规格(g)：干粉包装250g/瓶；</p> <p>3. 组成；基础成分（每升培养基干粉含量）：蛋白胨（5-10g）；牛肉浸粉（1-3g）氯化钠（5g）琼脂（12-15g）；</p> <p>4. 材质：混合有机物（蛋白胨、牛肉浸粉）与无机盐（NaCl）、海藻提取琼脂。</p> <p>包装材质：内层：防潮铝膜或PE塑料。外层：牛皮纸袋或硬质塑料瓶；</p> <p>5. 有效期未开封：通常2-3年（10-30℃干燥避光保存）。</p>
60	头孢他啶	20	瓶	否	否	两年	14	280	<p>1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验；</p> <p>2、包装规格：20片/瓶；</p> <p>3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液；</p> <p>4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。</p>
61	庆大霉素	10	瓶	否	否	两年	14	140	<p>1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验；</p> <p>2、包装规格：20片/瓶；</p> <p>3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液；</p> <p>4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。</p>

62	丁胺卡那	16	瓶	否	否	两年	14	224	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
63	氨曲南	22	瓶	否	否	两年	47	1034	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
64	头孢吡肟	23	瓶	否	否	两年	14	322	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
65	亚胺培南	22	瓶	否	否	两年	34	748	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
66	美罗培南	22	瓶	否	否	两年	14	308	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。

67	环丙沙星	11	瓶	否	否	两年	20	220	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
68	哌拉西林/他唑巴坦	17	瓶	否	否	两年	20	340	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
69	头孢哌酮/舒巴坦	30	瓶	否	否	两年	265	7950	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
70	阿莫西林/棒酸	35	瓶	否	否	两年	27	945	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
71	阿奇霉素	21	瓶	否	否	两年	14	294	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。

72	氨苄西林	14	瓶	否	否	两年	27	378	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
73	厄他培南	25	瓶	否	否	两年	4	100	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
74	复方新诺明	19	瓶	否	否	两年	40	760	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
75	氯霉素	20	瓶	否	否	两年	27	540	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
76	青霉素	19	瓶	否	否	两年	7	133	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。

77	四环素	19	瓶	否	否	两年	27	513	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
78	头孢呋辛	15	瓶	否	否	两年	27	405	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
79	头孢曲松	20	瓶	否	否	两年	7	140	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
80	头孢噻肟	17	瓶	否	否	两年	27	459	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
81	头孢西丁	25	瓶	否	否	两年	4	100	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。

82	左氧氟沙星	12	瓶	否	否	两年	27	324	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
83	红霉素	25	瓶	否	否	两年	10	250	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
84	克林霉素	25	瓶	否	否	两年	7	175	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
85	利奈唑胺	20	瓶	否	否	两年	4	80	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。
86	万古霉素	15	瓶	否	否	两年	10	150	1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验； 2、包装规格：20片/瓶； 3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液； 4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。

87	β -内酰胺酶	100	瓶	否	否	两年	27	2700	<p>1、用途：用于检测细菌B-内酰胺酶的存在(葡萄球菌属、肠球菌属、流感嗜血杆菌、淋病奈瑟菌、卡他莫拉菌)、</p> <p>2、包装规格：10片/瓶、</p> <p>3、-20℃，避光密封贮存，效期6个月。</p>
88	V因子	30	瓶	否	否	两年	14	420	<p>1、用途：需要某种因子才能生长的嗜血杆菌，会在纸片周围出现生长圈，此结果为阳性；不生长为阴性。如果在纸片周围出现空心半圆或月芽状生长也为阴性；</p> <p>2、包装规格：20片/瓶；</p> <p>3、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。</p>
89	X因子	30	瓶	否	否	两年	14	420	<p>1、用途：需要某种因子才能生长的嗜血杆菌，会在纸片周围出现生长圈，此结果为阳性；不生长为阴性。如果在纸片周围出现空心半圆或月芽状生长也为阴性；</p> <p>2、包装规格：20片/瓶；</p> <p>3、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。</p>
90	V+X因子	40	瓶	否	否	两年	14	560	<p>1、用途：需要某种因子才能生长的嗜血杆菌，会在纸片周围出现生长圈，此结果为阳性；不生长为阴性。如果在纸片周围出现空心半圆或月芽状生长也为阴性；</p> <p>2、包装规格：20片/瓶；</p> <p>3、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。</p>

91	克拉霉素	12	瓶	否	否	两年	14	168	<p>1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验；</p> <p>2、包装规格：20片/瓶；</p> <p>3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液；</p> <p>4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。</p>
92	氧化酶	26	瓶	否	否	两年	7	182	<p>1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验；</p> <p>2、包装规格：20片/瓶；</p> <p>3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液；</p> <p>4、2℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。</p>
93	奥扑托新	25	瓶	否	否	两年	10	250	<p>1、用途：用于体外抗微生物药物敏感性试验；</p> <p>2、包装规格：20片/瓶；</p> <p>3、组成：直径为6.3mm±0.3mm的药检纸，含微量抗生素稀释液；</p> <p>4、-20℃-8℃，避光密封贮存，效期12个月。</p>
94	一次性接种环	1	根	否	否	两年	6700	6700	<p>1、用途：微生物/细菌实验及细胞培养，支持划线法、点植法、穿刺法、液体培养；</p> <p>2、包装：单支独立纸塑包装；批量可选10支/包、25支/包或1000支/箱；</p> <p>3、规格：容量：1μL（白色）、5μL、10μL（蓝色），误差±0.1μL；</p> <p>4、针杆长度：228mm；</p> <p>5、组成与材质针杆：聚丙烯（PP，柔软可弯曲）或聚苯乙烯（PS）；表面亲水处理，高生物相容性。</p>

95	70mm 空白培养皿	0.68	个	否	否	两年	4000	2720	<p>1、用途：微生物/细菌培养、细胞实验、药敏试验；</p> <p>2、包装：规格至少包含10只/袋；</p> <p>3、规格：直径70mm，高度10-15mm；</p> <p>4、组成：圆形皿底（透明平整）+ 皿盖（密封防污染）；</p> <p>5、材质：聚苯乙烯（PS，透明常规）或聚四氟乙烯（PTFE，耐腐蚀）；</p> <p>6、有效性：伽玛/环氧乙烷灭菌，未开封避光保存，有效期见说明书。</p>
96	90mm 空白培养皿	0.68	个	否	否	两年	4000	2720	<p>1、用途：微生物/细菌培养、细胞实验、药敏试验；</p> <p>2、包装：规格至少包含10只/袋；</p> <p>3、规格：直径90mm，高度10-15mm；</p> <p>4、组成：圆形皿底（透明平整）+ 皿盖（密封防污染）；</p> <p>5、材质：聚苯乙烯（PS，透明常规）或聚四氟乙烯（PTFE，耐腐蚀）；</p> <p>6、有效性：伽玛/环氧乙烷灭菌，未开封避光保存，有效期见说明书。</p>
97	科马嘉显色平板	8	个	否	否	两年	134	1072	<p>1、用途：适用于李斯特菌的分离、检测和计数；</p> <p>2、包装至少包括：基础培养基和增补剂各一瓶；</p> <p>3、规格(mm)：直径90mm；</p> <p>4、组成：琼脂、蛋白胨、酵母浸出物、氯化钠、显色剂、科玛嘉基础培养基及增补剂。</p>

98	棉兰染液	200	瓶	否	否	两年	27	5400	<p>1、用途：主要用于真菌、酵母菌及部分原虫的形态学染色观察（如乳酸酚棉蓝染色法）。增强样本对比度，凸显细胞壁、孢子、菌丝等结构细节。适用于微生物学、病理学及临床检验中的病原体鉴定；</p> <p>2、包装至少包括：深色玻璃瓶或避光塑料瓶（常见规格 100ml/瓶或 500ml/瓶）；</p> <p>3、规格：50ml；</p> <p>4、组成：棉兰（甲基蓝或类似苯胺类染料）、乳酸、苯酚、甘油、蒸馏水；</p> <p>5、有效期：未开封避光保存（2-8℃冷藏）有效期为 2 年。</p>
99	盖玻片	6	盒	否	否	两年	2	12	<p>1、用途：用于显微镜观察时覆盖样本，防止液体蒸发、污染及样本位移；</p> <p>2、包装至少包括：盒装（50 片/盒或 100 片/盒）；</p> <p>3、规格(mm)：常规尺寸：18×18、20×20、24×24、24×32、24×50（方形或矩形）。</p>
100	KJ502 女性拭子（木棒/天然棉/蓝盖）	0.6	支	否	否	两年	2400	1440	<p>1、用于女性阴道分泌物的采集；</p> <p>2、规格：一袋一支。</p>
101	合血小板（塑料）	1.43	个	否	否	两年	7200	10296	<p>★1、用途：用于交叉配血等；</p> <p>▲2、规格：25 丝（205*175）；</p> <p>3、材质：塑料。</p>

102	凝聚胺介质试剂	182.00	盒	否	否	两年	6	1092	<p>1、用途：本产品作为介质辅助用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验；</p> <p>2、包装：150 测试/盒；</p> <p>3、规格：150 测试/盒；</p> <p>4、材质：低离子溶液（5%葡萄糖、0.2%EDTA(2Na)），凝聚胺溶液（0.05%Polybrene、0.9%氯化钠），悬浮液（3.5%柠檬酸三钠、1.5%葡萄糖）；</p> <p>5、有效期：质控液（货架有效期≥24 个月）。</p>
103	ABO 血型定型红细胞试剂(人红细胞)	55.00	支	否	否	两年	150	8250	<p>1、用途：用于我院 ABO 血型反定型检测。仅供临床使用，不用于血源筛查；</p> <p>2、包装：1 支/盒，10ml/支；</p> <p>3、规格：A₁ ,B, O 红细胞试剂浓度为 2~4%，各 1 支/盒，10ml/支；</p> <p>4、材质：主要成分：A₁ 型、B 型、O 型红细胞，红细胞保存液：葡萄糖、氯化钠、肌苷、腺嘌呤、枸橼酸三钠、硫酸新霉素、氯霉素；</p> <p>5、有效期：2~8℃保存，有效期 2 个月。</p>

2、产品质量要求：

2.1 质保期：所有产品验收合格后≥2 年。（产品生产厂家质保期>2 年的，按生产厂家质保执行）。

服务要求：

3.1 交货地点：泸州市中医医院。

3.2 报价要求：包含耗材达到医院验收标准和正常使用在内的所有费用，包括但不限于所提供的产品的生产、保险、代理、运输、培训、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

五、结算方式

分批次送货，验收合格办理入库手续后，于入库验收之日起，6个月内支付相对应的货款。

六、市场调研报价表

泸州市中医医院 2025 年政府采购检验试剂清单

市场调研报价表

序号	医疗耗材名称	是否进口	是否挂网	单价(元)	单位	预算数量	总价(元)	参数	品牌或生产厂家	备注
合计：_____（元）（小写） _____（元）（大写）										

注：供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输费、人工费、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称（盖单位章）：

联系人及电话：

日期：